



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE

AOO_081/ 31/03/2020 - 1793
PROTOCOLLO IN USCITA

*Trasmissione esclusivamente in modalità telematica
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005, se non diversamente indicato.
Sostituisce l'originale*

Magnifico Rettore del Politecnico di Bari

Prof. Francesco Cupertino

e.p.c.

Direttore Generale dell'ASSET

Responsabile SIGSS ASL BT

Oggetto: Prototipi di Dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti dall'Università degli Studi Politecnico di Bari – Comunicazione esito valutazioni preliminari e richiesta informazioni sullo stato di avanzamento dell'iter autorizzativo.

Si fa seguito a quanto convenuto nel corso della riunione inerente l'oggetto tenutasi in data 27/03/2020 in videoconferenza con i rappresentanti di codesto Politecnico e dell'Università di Bari per comunicare che, con riferimento ai campioni di DPI inviati, lo scrivente Dipartimento ha provveduto a sottoporli all'attenzione del dott. Donato Sivo, facente parte del gruppo di lavoro all'uopo costituito, per una prima valutazione tecnica riferibile alla manifattura dei prototipi proposti, di cui si riepilogano sommariamente gli esiti di seguito:

1) Tute di Protezione:

- a) parere tecnico positivo con riferimento ai prototipi "ADSRL" e "SGOBBA";
- b) parere tecnico negativo con riferimento al prototipo "SUBLIMA";

2) Mascherine:

- a) parere tecnico positivo per utilizzo quali mascherine chirurgiche relativamente al prototipo "NATUZZI n. 4" e al prototipo "NEW BAGS";
- b) parere tecnico negativo per i restanti prototipi proposti;

3) Visiera:

- a) parere tecnico negativo per l'unico prototipo proposto, in quanto manca di copertura sopra la fronte per evitare il passaggio di *droplets*;

4) Gambale:

- a) parere tecnico positivo per l'unico prototipo proposto "NEW BAGS".

Tanto premesso, si resta in attesa di sapere se, nel frattempo, la documentazione tecnica ed amministrativa dei suddetti prototipi, necessaria ai fini dell'emissione delle autorizzazioni da parte degli enti di competenza (ISS per quanto riguarda le mascherine chirurgiche ed INAIL per quanto riguarda i DPI) sia stata trasmessa agli stessi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del DL n. 18 del 17/03/2020, e con quali esiti.

Si resta pertanto in attesa di cortese riscontro in merito.

Distinti Saluti.

Il Dirigente di Servizio
Paolo Stella

Il Dirigente di Sezione
Vito Bavaro

Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro