

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009773	11/12/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	141090199

OGGETTO: D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – D.D. DSS9-Modugno N. 9490 dello 05/12/2024 - procedura di affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, della fornitura urgente, e servizi connessi, in acquisto di complessivi n. 04 apparecchi diagnostici per gli Ambulatori di Ginecologia presso i Consultori Familiari – sedi di Modugno (BA) e di Bitritto (BA), e per l'Ambulatorio di Cardiologia presso il Poliambulatorio, del DSS9-Modugno. Affidamento a più Operatori per complessivi € 74.770,00, netto IVA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240010747 DEL 10/12/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 12 (dodici) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **11/12/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 11/12/2024 18:06



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 9
Dott. Enrico LAUTA

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- il D.Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;

Premesso che:

- con nota prot.n. 78387 del 08/11/2024 e successiva nota prot. n. 82277 del 21/11/2024, a firma congiunta della Direttrice AGRF e del Direttore Generale f.f. si è provveduto all'assegnazione straordinaria di un budget complessivo di € 140.000,00, IVA compresa, a tutte le macrostrutture distrettuali per l'acquisto di attrezzature sanitarie, alla seguente condizione, ivi espressamente contenuta: *«Si specifica che le procedure di acquisto con le somme sopra riportate devono concludersi nell'anno 2024, e cioè la consegna del bene deve avvenire tassativamente entro l'anno 2024, onde evitare l'azzeramento del budget riconosciuto a ciascuna Struttura.»*;
- con Determinazione Dirigenziale DSS9-Modugno N. 0009490 datata 03/12/2024, per tutti i motivi ivi esplicitati si è stabilito di avviare, ai sensi dell'art. 25, comma 1, e dell'art. 50, comma 1, lett. b), d. Lgs. 36/2023, e ss.mm.ii., tramite la PAD EmPULIA una procedura finalizzata all'affidamento diretto, previa consultazione di non più di sei operatori economici, da individuare tra quelli notoriamente di consolidate esperienza e affidabilità, di uno, due, tre o tutti quattro i lotti funzionali, in narrativa descritti, relativi alla fornitura, e servizi connessi, di apparecchiature occorrenti al potenziamento delle attività diagnostiche ambulatoriale e domiciliare, in ambito ginecologico e cardiologico, oggetto di prestazioni LEA da garantire da parte del Distretto Socio Sanitario n. 9 di Modugno/Bitetto/Bitritto, per un valore totale di stima, comprese tutte le opzioni, dell'appalto pari a € 139.999,92, al netto dell'IVA;
- con il succitato provvedimento a contrarre si è, altresì, stabilito che la relativa richiesta di preventivo contenga, pertanto, apposita clausola intesa a garantire che la consegna dei beni avverrà tassativamente entro l'anno 2024, ed un termine di risposta quanto più ridotto consentito;

Dato atto che:

- il DSS9-Modugno, con nota prot. n° 150333/2024 dello 03/12/2024, di cui al Bando-invito telematico PE333092-24, ha inviato in data 03/12/2024, con scadenza alle 23:59 del giorno 05/12/2024, tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale Certificata, EmPULIA, apposita richiesta di preventivo di spesa al fine di un affidamento diretto, previa consultazione dei sei operatori economici, più sotto specificati, individuati tra quelli

iscritti al competente Albo Fornitori per le Categorie merceologiche “121116000-apparecchiature per bioimmagini ad ultrasuoni”, “121116103-ecotomografo (varie configurazioni)” e “121215111-elettrocardiografi”, in quanto notoriamente di consolidate esperienza e affidabilità, di uno, due, tre o tutti quattro i lotti funzionali descritti nella succitata determina, qui di seguito schematicamente riportati, per un valore totale di stima, comprese tutte le opzioni, dell'appalto pari a € 139.999,92, al netto dell'IVA:

- **Lotto N. 1: n. 01 sistema di ecotomografia per l'Ambulatorio di Ginecologia presso il Consultorio Familiare DSS9 – sede di Bitritto (BA), per un valore totale di stima, comprese tutte le opzioni, di € 39.999,99, netto IVA.**
- **Lotto N. 2: n. 01 sistema di ecotomografia per l'Ambulatorio di Ginecologia presso il Consultorio Familiare DSS9-Modugno – sede di Modugno (BA), per un valore totale di stima, comprese tutte le opzioni, di € 39.999,99, netto IVA.**
- **Lotto N. 3: n. 01 sistema di ecotomografia portatile per l'Ambulatorio di Cardiologia presso il Poliambulatorio DSS9-Modugno, per un valore totale di stima, comprese tutte le opzioni, di € 50.999,97 (=16.999,99 + opzionali 39.999,98), netto IVA.**
- **Lotto n. 4: n. 01 elettrocardiografo portatile per l'Ambulatorio di Cardiologia presso il Poliambulatorio DSS9-Modugno, per un valore totale di stima, comprese tutte le opzioni, di € 8.999,97 (= € 2.999,99 + opzionali € 5.999,98), netto IVA.**

N. Riga	Ragione Sociale	Partita Iva	Codice Fiscale	Comune	Provincia	Stato
1	ELCAMM SRL	IT05824380728	05824380728	Bari	Bari	Italia
2	ME.DI.COM. S.R.L.	IT03470130729	03470130729	Bari	Bari	Italia
3	Medical Solutions & Consulting	IT04414960759	04414960759	Bari	Bari	Italia
4	Predict	IT06689340724	06689340724	Bari	Bari	Italia
5	PRO.MED.4	IT08007610721	08007610721	Bari	Bari	Italia
6	TECNOSOLUZIONI	IT02510050756	02510050756	Corigliano d'Otranto	Lecce	Italia

Preso atto che:

- in risposta alla suddetta consultazione sono pervenute le sotto notate offerte telematiche:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Lotti Offerti	Registro Di Sistema	Titolo Documento	Stato	Data Ricezione
ME.DI.COM. S.R.L.	03470130729	1,2,3,4	PE336897-24	OFFERTA MEDICOM	Inviato	05/12/2024 16:23:29
Predict	06689340724	1,2,3,4	PE337041-24	Fornitura ecografi DSS MODugno	Inviato	05/12/2024 18:38:47
ELCAMM SRL	05824380728	1,2,3,4	PE337044-24	OFFERTA	Inviato	05/12/2024 18:44:02

- in data 06/12/2024, ai sensi dell'art. 93, comma 7, d. Lgs 36/2023, e ss.mm.ii., sono stati valutati i suddetti preventivi di spesa, previa ammissione da parte del RUP sulla base della corretta produzione della richiesta documentazione circa i richiesti requisiti soggettivi degli operatori economici, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva (DGUE strutturato), e le richieste caratteristiche tecniche dei prodotti, da comprovare mediante le schede tecniche ed illustrative e le certificazioni, oltre, se del caso, ai mezzi di prova delle soluzioni equivalenti, da sottoporre al parere di conformità e idoneità allo specifico uso di destinazione;
- in data 09/12/2024, per economicità, anche da un punto di vista organizzativo in prospettiva a breve termine riguardo il suo omologo attualmente in servizio a Modugno, al solo Medico Specialista Ginecologo in servizio all'Ambulatorio di Ginecologia dislocato presso il Consultorio Familiare di Bitritto, afferente al DSS9-Modugno, dott.ssa Raffaella Stefania Di Venere, è stato richiesto il parere di conformità *ex-post* sui prodotti proposti con particolare riferimento ai lotti funzionali N. 1 e N. 2, con il seguente esito: parere favorevole su tutti i prodotti proposti;
- in data 10/12/2024, anche a seguito di una richiesta di rivalutazione sollecitata per le vie brevi dal rispettivo operatore economico proponente con particolare riferimento al lotto funzionale N. 3, al Medico Specialista Cardiologo in servizio all'Ambulatorio di Cardiologia dislocato presso il Poliambulatorio afferente al DSS9-Modugno, dott.ssa Aikaterina Generali, è stato richiesto il parere di conformità *ex-post* sui prodotti proposti con particolare riferimento ai lotti funzionali N. 3 e N. 4, con il seguente esito: parere favorevole su tutti i prodotti proposti, tranne, per tutti i motivi ivi esplicitati, sul prodotto proposto al minor prezzo da ELCAMM SRL per il lotto N. 3;
- in data 10/12/2024, il DSS9-Modugno ha richiesto tramite la suddetta PAD agli operatori economici, i quali avevano proposto il preventivo ad oggetto un apparecchio

tecnicamente conforme e idoneo, risultato dal minor prezzo, apposita miglioria, ottenendo in pari data da ELCAMM SRL una riduzione di € 2,450,00 sul prezzo unitario, netto IVA, dell'ecografo ginecologico, mentre da ME.DI.COM. S.R.L. una riduzione di € 449,88 sul prezzo unitario, netto IVA, dell'ecografo cardiologico portatile;

- con particolare riferimento al lotto funzionale N. 4 (n. 01 elettrocardiografo portatile per l'Ambulatorio di Cardiologia presso il Poliambulatorio DSS9-Modugno), in data 11/12/2024 sia ELCAMM SRL, inizialmente scelto per il minor prezzo, sia ME.DI.COM. S.R.L., che lo segue per tale criterio, hanno comunicato di non poter più garantire la consegna della merce.

Ritenuto che:

- in quanto nulla osta, occorre concludere la procedura telematica di affidamento diretto, previa consultazione di sei operatori economici con la richiesta di preventivo, prot. n° 150333/2024 dello 03/12/2024, di cui al Bando-invito telematico PE333092-24 inviato in data 03/12/2024, ai sensi dell'art. 25, comma 1, e dell'art. 50, comma 1, lett. b), d. Lgs. 36/2023, e ss.mm.ii., tramite la PAD EmPULIA, sulla base della scelta del rispettivo Affidatario, così come sotto schematicamente riportata per ciascun singolo lotto funzionale, con in corrispondenza indicato il CIG successivamente attribuito in regime di interoperabilità tra il Portale dei Contratti Pubblici (PCP) dall'ANAC e la PAD EmPULIA, operata in data 10/12/2024 ai sensi dell'art. 93, comma 7, d. Lgs 36/2023, e ss.mm.ii., prioritariamente sulla base del minor prezzo proposto, comunque subordinatamente al parere favorevole di conformità alle specifiche tecniche richieste ed al corretto uso di destinazione (idoneità specifica), rispettivamente espresso dal summenzionato competente organismo tecnico o all'uopo incaricato sui prodotti proposti con riferimento ai lotti funzionali N. 1 e N. 2 in data 09/12/2024, assunto in data 10/12/2024 al protocollo informatico al n° 153439, e quello espresso dal summenzionato competente organismo tecnico all'uopo incaricato sui prodotti proposti con riferimento ai lotti funzionali N. 3 e N. 4 in data 10/12/2024, assunto in pari data al protocollo informatico DSS9 al n° 153433;
- **Lotto N. 1 (CIG: B49A7971A5) a ELCAMM SRL, con sede legale a Modugno (BA), alla Via Roma, civ. 139, C.F/P. IVA 05824380728, che ha proposto un sistema ecotomografico SAMSUNG MEDISON CO. LTD. (ROK) completo dei componenti, più sotto specificati in modo non esaustivo, per un importo totale, al netto della**

miglioria concessa in data 10/12/2024, pari a € 21.910,00, al netto dell'IVA:

Descrizione	Q.tà
USS-V5N000V3WR - "Piattaforma Ecografica Multidisciplinare Samsung V5, completa di: - Monitor 21,5"" LCD Wide a tecnologia LED - Touch Screen da 14"" a tecnologia LED - 4 Porte Attive per trasduttori imaging (non pencil) - 5 Porta Sonde - Memoria Integrata di tipo SSD da 512 GB - 5 Porte USB 3.0 - Tastiera Fisica - WiFi integrato - Crystal Architecture™ (Massive Parallel Beam) - Software di 2° Armonica Tissutale - Pulse Inversion Harmonic Imaging - Color Doppler - Doppler PW - Power Doppler - DPDI Power Doppler Direzionale ad altissima risoluzione - S-Flow (algoritmo di miglioramento risoluzione Power Doppler) - Quick Scan™ (funzione di ottimizzazione automatica dell'immagine ecografica) - SonoView™ (software archivio immagini) - MultiVision™ (Spatial Compound Imaging) - ClearVision™ (algoritmo di riduzione rumore) - HQ Vision™ (imaging dei dettagli ad alta risoluzione) - ShadowHDR™ (HDR per la compensazione delle ombre) USO-CV5SO00/WR - Bracket per stampante B/N inclusivo di cavi di alimentazione e USB USO-UV54P00/WR - PSA Board per quarto connettore. La quarta porta si attiva automaticamente USO-UV5OVP0/WR - Pacchetto SW OB Value (include SW DICOM, MV-Flow, Lumiflow e Smart4D) USP-C028N7B/WR - Sonda Multifrequenza per applicazioni addominali ed ostetrico-ginecologiche. Frequenze variabili da 2 a 8 MHz, raggio 60 mm, 192 elementi. USO-P0NBNI0/WR - Stampante termica Sony B/N D898MD USP-EK2BN1B/WR - Sonda end-fire EA2-11AVE per applicazioni ostetrico-ginecologiche ed urologiche. Frequenze variabili da 2 a 11 MHz, raggio 10 mm, 128 elementi. USO-UV5IA00/WR - Software IOTA-ADNEX per la classificazione in real time delle masse ovariche secondo il modello ADNEX.	1 pz.

- **Lotto N. 2 (CIG: B49A798278) a ELCAMM SRL, con sede legale a Modugno (BA), alla Via Roma, civ. 139, C.F/P. IVA 05824380728, che ha proposto un sistema ecotomografico SAMSUNG MEDISON CO. LTD. (ROK) esattamente uguale a quello sopra specificato, proposto riferimento al lotto N.1, per un importo totale, al netto della miglioria concessa in data 10/12/2024, pari a € 21.910,00, al netto dell'IVA;**
- **Lotto N. 3 (CIG: B49A79934B) a ME.DI.COM. S.R.L., con sede legale a Bari (BA), al Viale De Laurentiis, civ. 21/IV V VI, C.F/P. IVA 03470130729, che ha proposto un sistema ecotomografico portatile ESAOTE S.P.A. completo dei componenti, più sotto specificati in modo non esaustivo, per un importo totale, al netto della miglioria concessa in data 10/12/2024, pari a € 28.000,00, al netto dell'IVA;**

Descrizione	Q.tà
MyLab Omega eXP • Sistema ecografico portatile di ultima generazione full digital • Monitor Wide Screen LED full HD integrato orientabile e collassabile con ampia area dedicata all'immagine ecografica • LCD touch-screen integrato capacitivo ad alta sensibilità e definizione • eKnob, selezione multipla con un unico encoder • tastiera virtuale a scomparsa, programmabile in base alle esigenze dell'utente • Masterizzatore CD/DVD integrato • Sistema Operativo Windows 10 • Hard disk integrato a stato solido partizionato ed espandibile • Uscite dati tipo LAN, USB, Physio, Interfacce per periferiche • Modulo Cine Memory e Cine Loops • Real time Dual Mode Imaging • Archivio pazienti integrato in tempo reale per immagini, sequenze video, report e dati anamnestici • Modulo Zoom e HD Zoom ad elevata definizione in lettura e scrittura • Modulo Zoom Navigation, sistema di navigazione con indicazione dell'area ingrandita rispetto all'intero campo di vista • Software di calcoli e misure anche automatiche per tutte le applicazioni completi di report, altresì strutturati • Respirometro (Breathing Curve), visualizzabile con ECG connesso al sistema • Mylab DeskEvo suite con software proprietario per la gestione off-line dei dati ecografici e report su PC esterno • Conformità Dicom 3 e IHE, Query/Retrieve Multimodalità • Modulo Wireless • Modulo Raw Data • Work Without Interruption (batteria opzionale) per un workflow sempre operativo • QuickGuide in formato cartaceo Configurazione Country Kit Italia Include:	1 pz.

•Cavo di alimentazione Italia •Impostazione lingua italiana •Alimentatore standard 230V •MyLab Essential Instr. for Use MDR - IT •Gel per ultrasuoni •Cavi gestione periferiche ☐ Pacchetto Licenza Cardio (include Licenza TVM e Licenza AutoEF (A.I. Powered) ☐ Licenza Vascolare ☐ Multiconnettore ☐ Licenza CnTI - Include: licenza LVO ☐ Licenza ElaXto, include Misure ☐ Licenza 3D/4D ☐ Licenza XStrain LV (A.I. Powered) ☐ L3-11 -ZIF- Sonda lineare iQ Matrix, A design, multifrequenza, larga banda ☐ PX 1-5 -ZIF- Sonda phased array con tecnologia Single Crystal, iQ Matrix, multifrequenza, larga banda - Adulti ☐ Struttura carrello ergonomico ☐ Top consolle per carrello ergonomico ☐ Trasformatore d'isolamento ☐ Cablaggio ed accessori di montaggio ☐ UP-X898MD Sony Stampante termica digitale&analogica bianco/nero formato A6 ☐ Cavo ECG ☐ Batteria ricaricabile	
---	--

- **Lotto N. 4 (CIG: B49A79A41E) a PREDICT S.P.A., con sede legale a Bari (BA), al Viale Adriatico c/o Fiera del Levante Pad. 105 C.F/P. IVA 06689340724, che ha proposto un sistema ecotomografico integrato portatile GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. (USA) completo di tutti i componenti più sotto specificati, per un importo totale pari a € 2.950,00, al netto dell'IVA;**

Descrizione	Q.tà
H48932BC Elettrocardiografo portatile MAC5 A5	1 pz.

Visti l'art. 25, comma 1, l'art. 50, co. 1, lett. b), e l'art. 93, comma 7, d. Lgs. 36/2023, e ss.mm.ii., e gli artt. 1, 4 e 8, Reg. ex DDG ASL BA 1824/2022;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di stabilire di concludere, in quanto nulla osta, la procedura telematica, avviata con la richiesta di preventivo, prot. n° 150333/2024 dello 03/12/2024, di cui al Bando-invito telematico PE333092-24 inviato in data 03/12/2024, ai sensi dell'art. 25, comma 1, e

dell'art. 50, comma 1, lett. b), d. Lgs. 36/2023, e ss.mm.ii., tramite la PAD EmPULIA, finalizzata all'affidamento diretto, previa consultazione dei sei operatori economici, in premessa notati, del contratto relativo alla fornitura, e servizi connessi, di n. 04 apparecchiature occorrenti al potenziamento delle attività diagnostiche ambulatoriale e domiciliare, in ambito ginecologico e cardiologico, oggetto di prestazioni LEA da garantire da parte del Distretto Socio Sanitario n. 9 di Modugno/Bitetto/Bitritto, di cui a tutti i quattro lotti funzionali, in premessa descritti, sulla base della scelta del rispettivo Affidatario, così come sotto schematicamente riportata per ciascun singolo lotto funzionale, con in corrispondenza indicato il CIG successivamente attribuito in regime di interoperabilità tra il Portale dei Contratti Pubblici (PCP) dall'ANAC e la PAD EmPULIA, operata ai sensi dell'art. 93, comma 7, d. Lgs 36/2023, e ss.mm.ii., prioritariamente sulla base del minor prezzo proposto, comunque subordinatamente al parere favorevole di conformità alle specifiche tecniche richieste ed al corretto uso di destinazione (idoneità specifica), espresso sui prodotti dal summenzionato competente organismo tecnico o all'uopo incaricato;

- 1) **Lotto N. 1 (CIG: B49A7971A5) a ELCAMM SRL, con sede legale a Modugno (BA), alla Via Roma, civ. 139, C.F/P. IVA 05824380728, che ha proposto n. 01 ecotomografo per un importo totale pari a € 21.910,00, al netto dell'IVA:**
- 2) **Lotto N. 2 (CIG: B49A798278) a ELCAMM SRL, con sede legale a Modugno (BA), alla Via Roma, civ. 139, C.F/P. IVA 05824380728, per un importo totale pari a € 21.910,00, al netto dell'IVA;**
- 3) **Lotto N. 3 (CIG: B49A79934B) a ME.DI.COM. S.R.L., con sede legale a Bari (BA), al Viale De Laurentiis, civ. 21/IV V VI, C.F/P. IVA 03470130729, per un importo totale pari a € 28.000,00, al netto dell'IVA;**
- 4) **Lotto N. 4 (CIG: B49A79A41E) a PREDICT S.P.A., con sede legale a Bari (BA), al Viale Adriatico c/o Fiera del Levante Pad. 105 C.F/P. IVA 06689340724, per un importo totale pari a € 2.950,00, al netto dell'IVA;**
- 5) di stabilire, altresì, di procedere in esecuzione d'urgenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto, di cui all'art. 17, comma 8, Il periodo, e comma 9, e, per quanto applicabile, dell'art. 52, d. Lgs. 36/2023, e ss.mm.ii., nelle more dell'espletamento dei controlli per la verifica dei requisiti richiesti per la formale stipulazione contrattuale successiva all'avvenuta verifica degli stessi, prevedendo al riguardo, in conformità alla succitata richiesta di preventivo, la risoluzione del contratto in caso di accertata carenza anche di solo di uno di essi, ed il rimborso delle spese relative alla parti della fornitura già eseguite e dichiarate collaudabili dall'UOC Ingegneria Clinica ASL BA, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione contrattualmente dedotta determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare (la garanzia di erogazione dei LEA agli Assistibili, oltre alla perdita del finanziamento), con la emissione di apposito Ordine NSO;
- 6) di stabilire, altresì, in conformità alla succitata richiesta di preventivo, che la consegna delle suddette forniture dovrà giusta autorizzazione Area G.R.F. e D.G. f.f., ASL BA, nota prot. n. 78387/2024 dell'8/11/2024 e successiva nota prot. n. 82277/2024 del 21/11/2024, avvenire tassativamente entro l'anno 2024 al fine della sussistenza della copertura

finanziaria dell'affidamento del contratto in oggetto, decorso il quale la stazione appaltante provvederà, pertanto, alla revoca dello stesso: il rispettivo Affidatario dovrà, dal momento che abbia ricevuto il suddetto Ordine NSO, qualora in relazione all'adempimento della consegna della merce nello specifico luogo di destinazione, all'uopo indicato nel predetto ordine, abbia in buona fede il convincimento di essere in grado, considerati i tempi tecnici all'uopo necessari, essendo a ridosso delle Festività Natalizie, fatti salvi solo ed esclusivamente eventi imprevisti e imprevedibili con la normale diligenza professionale, di rispettare il termine di consegna, calcolato con congruo anticipo rispetto alla suddetta data (ad oggi, al massimo il 20/12/2024), indicato nel suddetto ordine e da considerare contrattualmente essenziale, darvi pronta e conforme esecuzione entro il termine così come sopra dato; in caso contrario questo dovrà senza indugio, comunque entro e non oltre 48 ore dal ricevimento, rifiutare l'ordine con tale espressa motivazione. In mancanza, qualora sarà intervenuta la suddetta revoca, questo non avrà diritto ad alcun rimborso o indennizzo per i possibili pregiudizi economici effettivamente subiti;

- 7) di dare atto che la stipulazione contrattuale avverrà, così come stabilito con il relativo provvedimento a contrarre;
- 8) di stabilire, infine, che la spesa riveniente dalle suddette forniture, ammontante ad un **importo complessivo pari a € 79.010,00, IVA compresa**, è da imputare con la ripartizione contabile sotto indicata:
 - € 23.005,50 (€ 21.910,00 imponibile + € 1.095,50 IVA 5%) sul conto CO.GE. 010.110.00035 – Attrezzature sanitarie e scientifiche” – CIG: B49A7971A5;
 - € 23.005,50 (€ 21.910,00 imponibile + € 1.095,50 IVA 5%) sul conto CO.GE. 010.110.00035 – Attrezzature sanitarie e scientifiche” – CIG: B49A798278;
 - € 29.400,00 (€ 28.000,00 imponibile + € 1.400,00 IVA 5%) sul conto CO.GE. 010.110.00035 – Attrezzature sanitarie e scientifiche” - CIG: B49A79934B;
 - € 3.599,00 (€ 2.950,00 imponibile + € 649,00 IVA 22%) sul conto CO.GE. 010.110.00035 – Attrezzature sanitarie e scientifiche” - CIG: B49A79A41E;
- 9) di dare, altresì, atto che gli originali di tutti i documenti acquisiti nella istruttoria del suddetto affidamento, sono conservati agli atti della Direzione di Distretto del DSS9-Modugno;
- 10) di disporre l'invio di copia della presente Determinazione alla U.O.C. Area Gestione del Patrimonio ASL BA;
- 11) di disporre, altresì, l'invio di copia della presente Determinazione al Dirigente responsabile della U.O.S. Assistenza Specialistica D.S.S. 9 – Modugno, in qualità di DEC;
- 12) di dare atto che presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata ai sensi dell'art. 20 del d. Lgs 36/2023, sul sito istituzionale dell'ASL BA nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”.
- 13) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su:

☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
01011000035 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	2024	79.010,00

☐ CONTIENE liquidazione

☒ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE

☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare

☒ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Patrimonio	Area Gestione Risorse Finanziarie
--------------------------	-----------------------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sanso' Pasquale	 Firmato digitalmente il 11/12/2024 15:48
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	 Firmato digitalmente il 11/12/2024 15:58