



Direzione Amministrativa dei PP.OO.
P.O. "San Pio da Pietrelcina" – Castellaneta
Settore Provveditorato

Spettabile ditta
NBN Medical Service srl
Via Vitangelo LUCIANI
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Pec pec@nbnservice.eu

OGGETTO: *Procedura negoziata telematica ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di n. 2 Robot per masterizzazione ed archiviazione di CD e DVD dotati di video e relativa assistenza tecnica triennale post-garanzia full risk per le necessità della Struttura Complessa di Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero "San Pio da Pietrelcina" di Castellaneta della Asl Taranto – CIG Z5B29DFF4C. Collaudo.*

Con nota prot. n. 199210 del 25 novembre 2019, la S.S.D. Ingegneria Clinica ha comunicato che il collaudo delle apparecchiature oggetto della presente procedura, è da considerarsi non superato in quanto, durante le predette attività, è stata evidenziata la non conformità della fornitura alla documentazione tecnica presentata da Codesta ditta in fase di gara per le motivazioni di seguito riportate:

- non risultano presenti i software "MedDream" e "myPACS-Web", che consentono la visualizzazione delle immagini in formato DICOM. Le caratteristiche tecniche descritte in lettera d'invito prevedono la memorizzazione delle immagini in formato DICOM sul supporto CD/DVD;
- si segnala la mancata indicazione sulla dichiarazione di offerta economica del numero di iscrizione al repertorio DM e del CND.

Si invita e diffida Codesta ditta a consegnare ad horas i software "MedDream" e "myPACS-Web" indicati dalla S.S.D. Ingegneria Clinica che non risultano presenti nella attuale fornitura, al fine di completare le attività di collaudo, stante la massima urgenza segnalata dalla S.C. di Diagnostica per Immagini di Presidio.

In assenza si procederà alla segnalazione presso le Autorità competenti, oltre che alla risoluzione del contratto.

Distinti saluti.

f.to
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO PP.OO.
Dott. Lorenzo Francesco RUSSO