



Presidio Ospedaliero di Castellaneta  
***“San Pio da Pietrelcina”***

Alla Direzione Amministrativa  
P.O. Occidentale  
S E D E

Castellaneta, 02/10/2019

OGGETTO: riferimento alla gara nr. PI186392-19 – Valutazione di conformità.

A seguito della campionatura dello strumentario di cui all'oggetto, eseguita in data 01/10/2019, si conferma la compatibilità con le apparecchiature già in uso in uso, quantunque obsolete.

Si conferma, inoltre, la conformità con quanto richiesto.

Si precisa che la lunghezza dello strumentario potrebbe, per pazienti particolarmente obesi o per uteri particolarmente voluminosi, essere insufficiente e/o inadeguato al fine di un corretto esame.

Si richiede, quindi, l'acquisto dello strumentario in oggetto, per le necessità correnti.

Si riserva di richiedere in seguito Isteroscopio completo (ottica + camicia) della massima lunghezza di cm. 36 in commercio.