



PRESIDIO OSPEDALIERO "VALLE D'ITRIA"
DIREZIONE MEDICA - S.P.S.

Al Direttore Amministrativo dei PP.OO.
Dott. L. Francesco Russo

Alla C.P.A Sig.ra Grazia Maria Oliva

Oggetto: Riscontro ad e.mail del 17.10.2019: Letti bilancia per emodialisi.

In uno alla presente si trasmette la nota datata 23.10.19 a firma del Dott. Vito Antonio Ligorio, riportante il fabbisogno di letti bilancia necessari per la SSD di Dialisi insistente in questo Presidio Ospedaliero.

Cordiali saluti.

La Dirigente Responsabile S.P.S.
Dott.ssa Francesca Parisi

Il Direttore Medico
Dott. Gianfranco Malagnino

Richiesta letti bilancia

Richiesta letti bilancia

X ELIMINA

← RISPONDI

← RISPONDI A TUTTI

→ INOLTRA

...

Contrassegna come non letto



marangi annalisa

mer 23/10/2019 12.24

A: ligorio vitoantonio;

Al Direttore Medico del PO Valle d'Itria dr G. Malagnino

Facendo seguito a quanto già segnalato in precedenza circa il fabbisogno di nuovi letti bilancia per il Centro Dialisi de questo PO in via di completamento
Si richiedono

N° 6 letti bilancia con le caratteristiche di cui in allegato

Per il Dirigente ff della SSD di Nefrologia del PO Valle d'Itria, dr AL Marangi
Dr. VA Ligorio

Inviato tramite OWA per iPhone

U.S.L. TA - 01004 P.O. Martina Franca
S.C. di Nefrologia e Dialisi
928743 - Dott. Vito Antonio Ligorio
Dirigente Medico 1° Livello

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE LETTI BILANCIA

- Letto con sistema di pesatura integrato e movimentazione elettrica, ideale per il rilevamento digitale del peso pazienti sottoposti a trattamento di emodialisi;
- Piano di sostegno del materasso a 4 sezioni con alzagambe, alzatesta regolabili elettricamente. Regolazione elettrica in altezza;
- Sponde laterali abbattibili; funzione trendelemburg e antitrendelemburg;
- Dotato di pulsantiera ad uso personale medico e una pulsantiera per il paziente;
- Sistema di pesatura che consenta di rilevare il peso in modo esatto;
- Funzioni: tara - azzeramento tara - impostazione soglie di allarme per diminuzione/aumento peso - visualizzazione della differenza peso durante il ciclo di trattamento - visualizzazione del tempo trascorso dall'inizio del monitoraggio - disattivazione del monitoraggio;
- Batteria antiblackout con elevata autonomia;
- Portata/divisione 300 kg - 50 g;
- Rispondente alla direttiva dispositivi medici 93/42/CEE - requisiti stabiliti dalle raccomandazioni internazionali UNI CEI EN 45501 - Direttive 90/384/CEE e 93/68/CEE.

Professore alle Anestesiologiche Taranto se ne richiama N°3 unità
per le necessità della SSUD di Nefrologia e
Dialisi del P.O. Orientale -

AZIENDA A.S.L. TA PRESIDIO OSPEDALIERO ORIENTALE DI MANDURIA
21 OTT. 2009
ARRIVO

Dr. COSTANTINO DISTRATTIS
MEDICO CHIRURGO
SPEC. NEFROLOGIA E DIALISI
DR. 21/10/09 GIANNI
MANDURIA (TA)

ASL TARANTO 150074
DIRETTORE MEDICO
(Dott.ssa Irene PANDIANI)