



S.C. Area Gestione del Patrimonio
Direttore dott.ssa Maria Loreta Notarangelo
S.S. Beni e Servizi
Dirigente dott.ssa Vita Maria Piizzi

Foggia, 18/02/2025

Spett.li Imprese

AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato, indetta ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 36/2023, per l'affidamento della fornitura di un sistema neuro endoscopico intracranico per la S.C. di Neurochirurgia del Policlinico RIUNITI Foggia.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Policlinico Foggia Ospedaliero – Universitario.

FINALITA' DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Questa Azienda intende avviare ai sensi dell'art 77 del D.Lgs 36/2023 s.m.i., una consultazione preliminare di mercato, nel rispetto dei principi di risultato, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, concorrenza e parità di trattamento, finalizzata alla predisposizione degli atti di gara, ivi compresa la scelta della procedura di gara e alla raccolta di informazioni utili per valutare il valore di acquisto della fornitura in oggetto.

La presente consultazione non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico. La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la stazione appaltante nei confronti degli operatori economici interessati, restando altresì fermo che l'eventuale acquisizione della fornitura oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura di acquisto da espletarsi in sintonia con il codice dei contratti pubblici.

La presente consultazione preliminare di mercato, avviata nel rispetto dei principi di risultato, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, concorrenza e parità di trattamento, è finalizzata, inoltre a valutare l'esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell'art. 76, comma 1, D.lgs. 36/2023 s.m.i., il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, più in particolare valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.76, comma 2, lett. b), punto 2) e 3) del D.lgs. 36/2023 (la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale).

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Oggetto della presente consultazione preliminare di mercato è la fornitura di un sistema neuro endoscopico intracranico necessario alla S.C. di neurochirurgia del Policlinico Riuniti di Foggia.

Caratteristiche di minima richieste:

- Strumento all-in-one a lenti a visione ingrandita diametro 6 mm, lunghezza 150 mm:
 - Sistema ottico con obiettivo a 0° e 30° rispetto all'asse operativo.
 - Quattro canali operativi completamente separati per consentire la "guida" fino alla parte distale, di cui uno di lavoro (2,2 mm), uno per l'ottica (2,8 mm) e due più piccoli (1,4 mm) per il lavaggio e l'aspirazione, aumentandone la visibilità e l'efficacia e soprattutto la possibilità di direzionare il flusso.



- Strumento all-in-one a lenti a visione ingrandita diametro 8,3 mm, lunghezza 150 mm.
 - Sistema ottico con obiettivo a 30° rispetto all'asse operativo.
 - Quattro canali operativi completamente separati per consentire la "guida" fino alla parte distale, di cui uno di lavoro (3,7x6,5 mm), uno per l'ottica (2,8 mm), uno di lavoro (2,2 mm), e uno più piccolo (1,4 mm) per il lavaggio e l'aspirazione, aumentandone la visibilità e l'efficacia e soprattutto la possibilità di direzionare il flusso.

Strumenti dedicati compresi nella fornitura per la presa, la biopsia, il taglio e il coagulo sia mono che bipolari completi di cavi di connessione, sia rigidi che flessibili, con possibilità di rotazione a 360°. Completo di container e griglie interne.

Di seguito elenco caratteristiche tecniche:

- Camicia di lavoro diam. 6 mm a quattro canali operativi
- Camicia di lavoro diam. 8.3 mm a quattro canali operativi
- Ottica Endoscopica 0° autoclavabile
- Ottica Endoscopica 30° autoclavabile
- Microforbici flessibili (1 mm)
- Microforbici flessibili dissezione (1 mm)
- Microforbici flessibili biopsia (1mm)
- Forbici dritte 360° (2mm)
- Forbici biopsia 360° (2mm)
- Pinza da presa e dissezione 360° (2mm)
- Pinza chirurgica 360° (2mm)
- Forbici con taglio superiore (2x3,1mm)
- Bisturi retrogrado (3mm)
- Dissettore 1,7mm
- Dissettore 1 mm
- Bipolare 0°
- Bipolare 30°
- Monopolare smussato
- Monopolare ad uncino 70°
- Cavo Monopolare
- n. 3 Cavi Bipolari
- Braccio meccanico
- Attacco letto flessibile
- Attacco letto rigido
- Griglia per trocar ed endoscopio
- Griglia per strumenti e elettrodi
- Container
- Container
- Coperchio n.2

Si prega altresì di indicare i prezzi dei seguenti materiali di consumo, ed eventualmente indicare altro materiale necessario:

- Introduttore 19Fr monouso (n.3cfz da 5pz)
- Cannula aspirazione smussa 0° n. 10pz
- Cannula aspirazione acuminata 45° n. 10pz

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse alla presente consultazione



preliminare di mercato, inoltrando esclusivamente mediante la piattaforma telematica i seguenti allegati:

- 1) il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentante per accettazione di quanto indicato;
- 2) elenco delle strutture del SSN a cui sono stati forniti tali dispositivi ed il dettaglio dei prezzi unitari praticati;
- 3) schede tecniche;
- 4) eventuale Dichiarazione di unicità ed esclusiva di distribuzione dei prodotti richiesti.

Si precisa che gli apporti informativi forniti non possono costituire offerte economiche, né possono anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto. Pertanto, risulta necessario fornire esclusivamente l'elenco delle strutture del SSN a cui sono stati forniti tali apparecchiature ed il dettaglio dei prezzi unitari praticati.

Per rispondere alla presente consultazione gli operatori economici devono far pervenire la documentazione esclusivamente tramite il Portale EmPulia entro le **ore 10:00 del 26/02/2025**.

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

L'affidamento della fornitura seguirà alla presente consultazione di mercato e si svolgerà secondo la più idonea procedura di gara secondo la normativa codicistica, tra gli operatori economici in grado di fornire prodotti idonei per le necessità della presente SA.

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso sarà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito internet del Policlinico Foggia www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia/; sulla piattaforma telematica EmPulia nella sezione Consultazione preliminari di mercato- www.empulia.it.

EVENTUALI INFORMAZIONI

Eventuali informazioni possono essere richieste alla dott.ssa Ilaria Petruzzelli scrivendo alla mail: ipetruzzelli@ospedaliriunitifoggia.it

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Distinti saluti

L'Istruttore
Dott.ssa Ilaria Petruzzelli

La Dirigente
S.S. Beni e Servizi
dott.ssa Vita Maria Piizzi

