



S.C. Area Gestione del Patrimonio
Direttore dott.ssa Maria Loreta Notarangelo
S.S. Beni e Servizi
Dirigente dott.ssa Vita Maria Piizzi

Foggia, 08/01/2025

Spett.li Imprese

**AVVISO
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO**

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato, indetta ai sensi dell'art 77 del D. Lgs 36/2023, per l'affidamento della fornitura di n. 2 apparecchiature per la riperfusione dell'organo rene e relativo materiale di consumo a scopo di trapianto richiesto dalla Clinica Urologica e Centro Trapianti di Rene di questo Policlinico Foggia.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Policlinico Foggia Ospedaliero – Universitario.

FINALITA' DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Questa Azienda intende avviare ai sensi dell'art 77 del D.Lgs 36/2023, una consultazione preliminare di mercato, nel rispetto dei principi di risultato, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, concorrenza e parità di trattamento, finalizzata alla predisposizione degli atti di gara, ivi compresa la scelta della procedura di gara e alla raccolta di informazioni utili per valutare il valore di acquisto della fornitura in oggetto.

La presente consultazione non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico. La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la stazione appaltante nei confronti degli operatori economici interessati, restando altresì fermo che l'eventuale acquisizione della fornitura oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura di acquisto da espletarsi in sintonia con il codice dei contratti pubblici.

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Oggetto della presente consultazione preliminare di mercato è la fornitura di n. 2 apparecchiature per la riperfusione dell'organo rene e relativo materiale di consumo a scopo di trapianto necessarie alla Clinica Urologica e centro Trapianti di Rene di questo Policlinico Foggia.

Caratteristiche tecniche essenziali delle apparecchiature per la riperfusione dell'organo rene a scopo di trapianto

Il Sistema deve essere progettato in maniera tale da garantire versatilità clinica di esecuzione di trattamenti ex-situ degli organi da perfondere, nel nostro caso reni, per consentire di:

- eseguire trattamenti ex-situ, in controllo di pressione, del rene (che del fegato) con un'unica apparecchiatura, con modalità organo-specifiche e kit dedicati;
- adattare ogni trattamento eseguito in termini di
 - a) temperatura, regolabile da 4°C a 37°C, con possibilità di:
 - o raggiungere e mantenere condizioni ipotermiche senza l'utilizzo del ghiaccio;
 - o eseguire singole modalità termiche – ipotermia, subnormotermia, normotermia;
 - o eseguire un riscaldamento graduale dell'organo senza la necessità di disconnettere l'organo durante la procedura e con adattamento delle condizioni di perfusione, anche in termini del liquido utilizzato, alla specifica temperatura alla quale si trova l'organo

trattato. Il riscaldamento può essere eseguito nel completo intervallo di temperature da 4°C a 37°C.

- b) ossigenazione o somministrazione di gas al perfusato:
 - o la presenza di un modulo ossigenante integrato nel kit disponibile consente di garantire un'attiva somministrazione di ossigeno o miscele di gas
- c) depurazione del liquido di perfusione:
 - o la possibilità di integrare in corso di perfusione, in qualsiasi modalità termica, un modulo di depurazione del liquido, il dispositivo PerSorb, per la rimozione dal liquido di perfusione di mediatori di infiammazione quali citochine, chemochine, ecc.
- monitorare i trattamenti tramite la possibilità di:
 1. visualizzare a monitor i parametri di perfusione (temperatura, pressione di perfusione, flusso di perfusione, resistenza vascolare)
 2. prelievi di perfusato lungo le principali linee di perfusione e nelle linee di servizio, per analisi biochimiche di laboratorio
 3. raccolta passiva di eventuali liquidi (urina) prodotti dall'organo trattato, separata dal perfusato.

In particolare, la perfusione deve essere eseguita impostando una pressione di perfusione dell'arteria (fino a 100 mmHg) e sviluppando i flussi fino a 500 ml/min. L'incannulazione del vaso di fuoriuscita del liquido non è necessaria.

Le apparecchiature dovranno essere fornite in comodato d'uso.

La fornitura, inoltre, dovrà essere comprensiva di:

- a) materiale di consumo (10 kit annui: cannule, buste raccolta liquidi, filtri, contenitore sterile);
- b) dovrà essere garantita adeguata formazione professionale del personale infermieristico che si occuperà dell'utilizzo delle apparecchiature nonché assistenza tecnica di tipo full risk per un periodo minimo di 24 mesi

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse alla presente consultazione preliminare di mercato, inoltrando esclusivamente mediante la piattaforma telematica i seguenti allegati:

- 1) il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentante per accettazione di quanto indicato;
- 2) elenco delle strutture del SSN a cui sono stati forniti tali dispositivi ed il dettaglio dei prezzi unitari praticati;
- 3) schede tecniche;
- 4) eventuale Dichiarazione di unicità ed esclusiva di distribuzione dei prodotti richiesti.

Si precisa che gli apporti informativi forniti non possono costituire offerte economiche, né possono anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto. Pertanto, risulta necessario fornire esclusivamente l'elenco delle strutture del SSN a cui sono stati forniti tali apparecchiature ed il dettaglio dei prezzi unitari praticati.

Per rispondere alla presente consultazione gli operatori economici devono far pervenire la documentazione esclusivamente tramite il Portale EmPulia entro le **ore 10:00 del 22/01/2025**.

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso sarà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito internet del Policlinico Foggia www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia/; sulla piattaforma telematica EmPulia nella sezione Consultazione preliminari di mercato- www.empulia.it.



EVENTUALI INFORMAZIONI

Eventuali informazioni possono essere richieste alla dott.ssa Ilaria Petruzzelli scrivendo alla mail: ipetruzzelli@ospedaliriunitifoggia.it

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Distinti saluti

L'Istruttore

Dott.ssa Ilaria Petruzzelli

La Dirigente
S.S. Beni e Servizi
dott.ssa Vita Maria Piizzi