



S.C. Area Gestione del Patrimonio
Direttore dott.ssa Maria Loreta Notarangelo
S.S. Appalti e contratti di Farmaci e Dispositivi Medici
Dirigente dott.ssa Teresa Antonetti

Foggia, 11/02/2025

Spett.li Imprese

**AVVISO
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO**

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato, indetta ai sensi dell'art 77 del D. Lgs 36/2023, per l'affidamento della fornitura di materiale sanitario vario richiesto dalla S.C. di Farmacia di questo Policlinico Foggia.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Policlinico Foggia Ospedaliero – Universitario.

FINALITA' DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Questa Azienda intende avviare ai sensi dell'art 77 del D.Lgs 36/2023, una consultazione preliminare di mercato finalizzata alla predisposizione degli atti di gara, ivi compresa la scelta della procedura di gara e alla raccolta di informazioni utili per valutare il valore di acquisto della fornitura in oggetto.

La presente consultazione non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico. La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la stazione appaltante nei confronti degli operatori economici interessati, restando altresì fermo che l'eventuale acquisizione della fornitura oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura di gara che sarà espletata da questa SA successivamente.

La presente consultazione preliminare di mercato, avviata nel rispetto dei principi di risultato, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, concorrenza e parità di trattamento, è finalizzata, inoltre:

- a valutare l'esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell'art. 76, comma 1, D.lgs. 36/2023, il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, più in particolare valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.76, comma 2, lett. b), punto 2) e 3) del D.lgs. 36/2023 (la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale);

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Oggetto della presente consultazione preliminare di mercato è la fornitura di dispositivi richiesti dalla Struttura di Procreazione Medicalmente Assistita di questo "Policlinico Foggia" così come dettagliato nell'Allegato alla presente.

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse alla presente consultazione preliminare di mercato, inoltrando esclusivamente mediante la piattaforma telematica i seguenti allegati:

- 1) il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentante per accettazione di quanto indicato;
- 2) apposito modello/questionario (*Allegato A*) firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- 3) elenco delle strutture del SSN a cui sono stati forniti tali dispositivi ed il dettaglio dei prezzi



unitari praticati;

- 4) eventuale Dichiarazione di unicità ed esclusiva di distribuzione dei prodotti richiesti.

Si precisa che gli apporti informativi forniti non possono costituire offerte economiche, né possono anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto. Pertanto, risulta necessario fornire esclusivamente l'elenco delle strutture del SSN a cui sono stati forniti tali dispositivi ed il dettaglio dei prezzi unitari praticati. Per rispondere alla presente consultazione gli operatori economici devono far pervenire la documentazione esclusivamente tramite il Portale EmPulia www.Empulia.it entro le ore 10:00 del 25/02/2025.

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

L'affidamento della fornitura seguirà la presente consultazione di mercato e si svolgerà secondo la più idonea procedura di gara secondo la normativa codicistica, tra gli operatori economici in grado di fornire prodotti idonei per le necessità della presente SA.

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso e gli esiti relativi alla procedura negoziata saranno pubblicati dalla Stazione Appaltante sul sito internet del Policlinico Foggia www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia/; sulla piattaforma telematica EmPulia nella sezione Consultazione preliminari di mercato-www.empulia.it.

EVENTUALI INFORMAZIONI

Eventuali informazioni possono essere richieste al dott.ssa Eleonora Porcelluzzi scrivendo alla mail: eporcelluzzi@ospedaliriunitifoggia.it

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Distinti saluti

L'Istruttore

Dott.ssa Eleonora Porcelluzzi

La Dirigente

S.S. Farmaci e Dispositivi Medici

dott.ssa Teresa Antonetti

ALLEGATO 1

OGGETTO LOTTO	DESCRIZIONE
GELATINA LUBRIFICANTE STERILE	Gelatina lubrificante sterile, confezionata in bustine monodose di circa 5g o particolarmente indicata per l'introduzione di cateteri vescicali o strumenti endoscopici
CONTENITORI URINA 24 H	Contenitore con tappo ed in polietilene per la raccolta delle urine nelle 24 ore .Capacità circa 2,5 litri
SACCHETTI PER LA RACCOLTA VOMITO	Sacchetto igienico, monousoper raccolta vomito, pronto all'uso,richiudibile, biodegradabile,con tampone gelificante e assorbente, antiodore confezionato singolarmente
SACCHETTI COPRIPADELLE	Sacchetto igienico, monouso copripadelle, pronto all'uso, richiudibile, biodegradabile,con tampone gelificante e assorbente, antiodore.
SACCHETTI RACCOLTA URINE UOMO	Sacchetto igienico monouso raccolta urine uomo, pronto all'uso, richiudibile, biodegradabile, con tampone gelificante e assorbente, antiodore, confezionato singolarmente

GUAINA COPRITELECAMERA	Guaina copritelecamera, sterile in polietilene o materiale sintetico trasparente, impermeabile antistatica, adesivi fissaggio e piegatura a fisarmonica; inserimento telecamera facilitato con guida di svolgimento e assenza di saldature
KIT COPRISONDA ECOGRAFICA	Kit sterile coprisonda ecografica dedicati alla protezione della sonda ecografica e del paziente durante le procedure ad ultrasuoni. In poliuretano acusticamente trasparente, privi di lattice e privi di angoli vivi. Tutte le misure utili a coprire sonde ecografiche lineari, microlineari, settoriali e settoriali piccole.
KIT STERILE PER ELETTROCHIRURGIA	KIT sterile per elettrochirurgia compatibili con tutti i generatori per elettrochirurgia, per taglio e coagulo tessuti composto da : manipolo elettrochirurgico monouso con interruttore incorporato di taglio e coagulo, cavo di 3m. circa con presa a 3 pin ed elettrodo a lama da circa 7 cm; spugnetta abrasiva per pulizia lame circa 5x 5 cm
ABBASSALINGUA	Abbassalingua in legno di alta qualità, confezionati singolarmente con bordi arrotondati e rifiniti. Misure 150x18x1,6mm circa.
MORSETTI OMBELICALI	Morsetto ombelicale monouso sterile per cordone ombelicale, doppia presa, in plastica resistente alla pressione di chiusura, con scanalature e chiusura irreversibile (non riapribile neanche a seguito di pressione). Indeformabile. Fermi laterali per evitare la fuoriuscita del cordone ombelicale dal pettine di

	chiusura.Non deve tranciare , nè aprirsi accidentalmente; deve permettere una facile ed immediata chiusura con una mano, trattenere saldamente il cordone ombelicale con compressione costante,prevenire infiltrazioni ed eventualità di emorragie. Confezione singola sterile
PADELLE	Padelle in plastica bianca atossica confezionate singolarmente in sacchetto
PAPPAGALLI	Pappagalli per uomo in plastica atossica
RASOI	Rasoi per tricotomia monouso , monolama/bilama
BACINELLE RENIFORMI	Bacinelle reniformi monouso, in cartone pressato e idrorepellente che resiste bene ai liquidi e rimane compatto .Mis. 130 x240 circa



LANCETTE PUNGIDITO	Lancette pungidito monouso, sterili , con sistema di sicurezza ed ago in acciaio inox retrattile con almeno due profondità di penetrazione comprese tra 1,4 e 2,4 mm. Ago 28G /30G
CONTA AGHI	Contenitore monouso sterile da utilizzarsi nel campo chirurgico, per la raccolta, la conta e lo smaltimento di aghi da sutura e lame da bisturi utilizzati nell'ambito di un intervento chirurgico. Dimensioni esterne 10 cm x19 cm circa