

Appalto specifico "Protesi Ortopediche 2"

ID Negoziazione: **2682842**

Codice univoco IPA: UFCHZE

INFORMAZIONI GENERALI	
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Presentazione delle offerte al netto di IVA	Si
Ordinamento delle offerte	Al ribasso
Unità di misura delle offerte	Valuta euro
Valore Appalto specifico	17860000
Durata del contratto (n° mesi)	48
Cifre decimali punteggio	2
Cifre decimali offerta economica	2
Soglia di rilevanza comunitaria	Sopra soglia
Numero Lotti	20

DETTAGLIO LOTTI

N°LOTTO	DENOMINAZIONE	CIG	TOTALE BASE D'ASTA/VALORE PRESUNTO
1	Impianto primario totale - Protesi di anca	842393316D	4.200.000,00
2	Impianto di revisione - Protesi di anca	8424452DB4	2.400.000,00
3	Impianto primario parziale - Protesi di anca	8424460451	1.600.000,00
4	Placche omero prossimale	84244636CA	520.000,00
5	Chiodi omero prossimale	8424471D62	600.000,00
6	Placche omero intermedio	84244750B3	520.000,00
7	Placche omero distale	842448374B	520.000,00
8	Placche avambraccio prossimale	84244972DA	520.000,00
9	Placche avambraccio intermedio	8424501626	400.000,00
10	Placche avambraccio distale	8424512F37	600.000,00
11	Placche femore prossimale	842451735B	800.000,00
12	Placche femore intermedio	842452277A	400.000,00
13	Placche femore distale	8424524920	720.000,00
14	Placche tibia prossimale	8424526AC6	720.000,00
15	Placche tibia intermedia	8424530E12	400.000,00
16	Placche tibia distale	8424535236	1.440.000,00
17	Osteosintesi corticale - Placca clavicola	8424539582	400.000,00
18	Osteosintesi corticale - Placca mano	84245427FB	400.000,00
19	Osteosintesi corticale - Placca piede	8424545A74	400.000,00
20	Viti cannulate	8424548CED	300.000,00

LOTTO 1 - DATI DI LOTTO	
N° Lotto	1
Denominazione	Impianto primario totale - Protesi di anca
CIG	842393316D
Categoria/e di ammissione	Protesi di anca
N° articoli	3
Totale base d'asta	4.200.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 1 - Impianto primario totale - Protesi di anca

Quantità: **1200**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Tipo contratto	Tecnico	Si	Valore unico	Acquisto		

			ammesso			
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Protesi costituita da una componente acetabolare, composta da un cotile al cui interno viene alloggiato un inserto, e da una componente femorale, composta da uno stelo sulla cui sommità viene incastrata una testa, la quale si accoppia con l'inserto ripristinando il movimento dell'articolazione		
Cotile - Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile, sterile, utilizzato per la sostituzione dell'acetabolo dell'osso iliaco		
Cotile - Tipologia	Tecnico	Si	Lista di scelte	Cotile modulare + inserto		
Cotile modulare - Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile, sterile, utilizzato per la sostituzione dell'acetabolo dell'osso iliaco abbinato ad un inserto		
Cotile modulare - Fissazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Non cementata		
Cotile modulare - Dimensione - Diametro esterno (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=44		
Cotile modulare - Dimensione - Diametro esterno (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=68		
Cotile modulare - Dimensione - Diametro esterno - Passo [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=2		
Cotile modulare - Dimensione - Diametri esterni disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=13		
Cotile modulare - Materiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Metallo (Titanio)		
Cotile modulare - Superficie di interfaccia con	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Deposizione di microsferi per sinterizzazione (Non		

l'osso - Finitura superficiale				cementata)		
Cotile modulare - Superficie di interfaccia con l'inserto - Finitura superficiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Lucidatura a specchio		
Cotile modulare - Superficie di fissazione - Materiale di rivestimento	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	TiN		
Cotile modulare - Fissazione - Elementi aggiuntivi	Tecnico	Si	Lista di scelte	Singolo foro sull'apice Fori multipli		
Cotile modulare - Design	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Emisfera		
Cotile modulare - Base d'asta [€]	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=1000		
Inserto per cotile modulare - Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile, sterile, utilizzato in combinazione con il cotile per la sostituzione dell'acetabolo dell'osso iliaco.		
Inserto - Dimensione - Diametro esterno (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=68		
Inserto - Dimensione - Diametro esterno (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=44		
Inserto - Dimensione - Diametro esterno - Passo [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=2		
Inserto - Dimensione - Diametri esterni disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=16		
Inserto - Dimensione - Diametro interno (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=44		
Inserto - Dimensione - Diametro interno (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=28		
Inserto - Dimensione - Diametri interni disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=4		
Inserto - Materiale in polietilene -	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si (Altro antiossidante)		

Antiossidante						
Insero - Superficie di accoppiamento articolare	Tecnico	Si	Lista di scelte	Singola Vincolata		
Insero - Spalletta antilussante [°]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=10		
Insero - Base d'asta [€]	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=500		
Stelo - Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile, sterile, utilizzato per la sostituzione della componente femorale dell'articolazione coxo-femorale		
Stelo - Tipologia	Tecnico	Si	Lista di scelte	Stelo femorale con collo fisso		
Stelo - Fissazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Non cementata		
Stelo - Geometria	Tecnico	Si	Lista di scelte	Retto		
Stelo - Dimensione - Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=190		
Stelo - Dimensione - Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=110		
Stelo - Dimensione - Taglia (max)	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=20		
Stelo - Dimensione - Taglia (min)	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=6		
Stelo - Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=12		
Stelo - Materiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Metallo (Titanio)		
Stelo - Superficie di fissazione - Materiale di rivestimento	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	HA		
Stelo - Colletto	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO		
Stelo - Cono morse - Forma	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Conica con base circolare		
Stelo - Cono morse - Tipo	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	12/14		
Stelo - Design	Tecnico	Si	Valore unico	Fit&Fill (Non		

			ammesso	cementata)		
Stelo a conservazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO		
Stelo femorale con collo fisso - Base d'asta [€]	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=1500		
Testa - Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile, sterile, utilizzato per la sostituzione della componente cefalica dell'articolazione coxo-femorale		
Testa - Dimensione - Diametro esterno (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=44		
Testa - Dimensione - Diametro esterno (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=28		
Testa - Dimensione - Diametro esterno - Passo [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=4		
Testa - Diametri esterni disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=4		
Testa - Materiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Ceramica (Altro)		
Testa - Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard - Taglie (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=3		
Testa - Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard - Massima variazione negativa (-) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=3,5		
Testa - Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard - Massima variazione positiva (+) [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Testa - Gonnellino	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO		
Testa - Adattatore	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO		
Testa - Cono morse - Forma	Tecnico	Si	Lista di scelte	Conica con base circolare		
Testa - Cono morse - Tipo	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	12/14		

Testa - Codice CND	Tecnico	Si	Lista di scelte	P090804050201		
Testa - Identificativo di registrazione RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Testa - Base d'asta [€]	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=500		
Testa - Prezzo [€]	Economico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Presenza del codice a barre sull'etichetta del DM	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Presenza del DM nel Dizionario RIAP - DM	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Confezionamento interno a garanzia sterilità - Apertura a "V" prima busta contenente il prodotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=20		
Prezzo	Economico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 1 - Impianto primario totale - Strumentari chirurgici

Quantità: 12

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Strumenti e utensili indispensabile (kit) per compiere le diverse fasi dell'atto chirurgico.		
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Intervento		
Condizioni di fornitura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	La consegna dello strumentario per ciascuna struttura sanitaria sarà ad evento, se il numero di interventi chirurgici è ≤50, altrimenti la consegna sarà in conto deposito.		

Prezzo [€] per intervento fino a 50 interventi chirurgici	Economico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
---	-----------	----	-----------------------	-----	--	--

Lotto 1 - Impianto primario totale - Servizi di assistenza tecnica specialistica

Quantità: 1200

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Figura professionale richiesta per fornire supporto tecnico durante l'intervento chirurgico al fine di ottimizzare l'impianto della protesi e l'utilizzo dello strumentario dedicato.		
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Giorno		
Numero di interventi (stimati/anno)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=300		
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			

LOTTO 2 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	2
Denominazione	Impianto di revisione - Protesi di anca
CIG	8424452DB4
Categoria/e di ammissione	Protesi di anca
N° articoli	4
Totale base d'asta	2.400.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 2 - Impianto di revisione - Protesi di anca

Quantità: 320

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Tipo contratto	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Acquisto		
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico	Dispositivo		

tecnica			ammesso	impiantabile sterile, utilizzato per sostituire una o piu' componenti della protesi articolare impiantata in un precedente intervento. La revisione puo' interessare sia le componenti acetabolari che quelle femorali		
Cotile - Tipologia	Tecnico	Si	Lista di scelte	Cotile modulare + inserto		
Cotile modulare - Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile, sterile, utilizzato in genere per la sostituzione di cotili precedentemente impiantati (Revisione).		
Cotile modulare - Fissazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Non cementata		
Cotile modulare - Dimensione - Diametro esterno (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=44		
Cotile modulare - Dimensione - Diametro esterno (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=80		
Cotile modulare - Dimensione - Diametro esterno - Passo [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=2		
Cotile modulare - Dimensione - Diametri esterni disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=18		
Cotile modulare - Materiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Metallo (Titanio)		
Cotile modulare - Superficie di interfaccia con l'osso - Finitura superficiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Deposizione di microsferi per sinterizzazione (Non cementata)		
Cotile modulare - Superficie di interfaccia con l'inserto - Finitura superficiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Lucidatura a specchio		
Cotile modulare - Fissazione - Elementi aggiuntivi	Tecnico	Si	Lista di scelte	Singolo foro sull'apice Fori multipli		
Cotile modulare -	Tecnico	Si	Valore unico	Emisfera		

Design			ammesso			
Cotile modulare - Design a doppia mobilità - Spalletta antilussante [°]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=10		
Cotile modulare - Base d'asta [€]	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=2000		
Insero per cotile modulare - Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile, sterile, utilizzato in combinazione con il cotile per la sostituzione dell'acetabolo dell'osso iliaco.		
Insero - Dimensione - Diametro esterno (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=74		
Insero - Dimensione - Diametro esterno (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=44		
Insero - Dimensione - Diametro esterno - Passo [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=2		
Insero - Dimensione - Diametri esterni disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=18		
Insero - Dimensione - Diametro interno (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=44		
Insero - Dimensione - Diametro interno (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=28		
Insero - Dimensione - Diametri interni disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=4		
Insero - Materiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Polietilene (UHMWPE)		
Insero - Materiale in polietilene - Antiossidante	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Si (Altro antiossidante)		
Insero - Superficie di accoppiamento articolare	Tecnico	Si	Lista di scelte	Singola Vincolata		
Insero - Spalletta antilussante [°]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=10		
Insero - Base d'asta [€]	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=500		

Stelo - Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile, sterile, utilizzato per la sostituzione della componente femorale dell'articolazione coxo-femorale		
Stelo - Tipologia	Tecnico	Si	Lista di scelte	Stelo femorale con collo fisso		
Stelo - Fissazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Non cementata		
Stelo - Geometria	Tecnico	Si	Lista di scelte	Retto		
Stelo - Dimensione - Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=190		
Stelo - Dimensione - Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=110		
Stelo - Dimensione - Taglia (max)	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=20		
Stelo - Dimensione - Taglia (min)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=6		
Stelo - Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=12		
Stelo - Materiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Metallo (Titanio)		
Stelo - Finitura superficiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Altro (Non cementata)		
Stelo - Superficie di fissazione - Materiale di rivestimento	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	HA		
Stelo - Colletto	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO		
Stelo - Cono morse - Forma	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Conica con base ovale		
Stelo - Cono morse - Tipo	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	12/14		
Stelo - Design	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Fit&Fill (Non cementata)		
Stelo femorale con collo fisso - Base d'asta [€]	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=1500		
Testa - Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile, sterile, utilizzato per la		

				sostituzione della componente cefalica dell'articolazione coxo-femorale		
Testa - Dimensione - Diametro esterno (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=44		
Testa - Dimensione - Diametro esterno (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=28		
Testa - Dimensione - Diametro esterno - Passo [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=4		
Testa - Diametri esterni disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=4		
Testa - Materiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Ceramica (Altro)		
Testa - Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard - Taglie (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=4		
Testa - Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard - Massima variazione negativa (-) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=3		
Testa - Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard - Massima variazione positiva (+) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=7		
Testa - Gonnellino	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO		
Testa - Adattatore	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO		
Testa - Cono morse - Forma	Tecnico	Si	Lista di scelte	Conica con base ovale		
Testa - Cono morse - Tipo	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	12/14		
Testa - Codice CND	Tecnico	Si	Lista di scelte	P090804050202		
Testa - Identificativo di registrazione RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Testa - Base d'asta [€]	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=500		
Testa - Prezzo [€]	Economico	Si	Valore minimo	>=0		

			ammesso			
Presenza del codice a barre sull'etichetta del DM	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Presenza del DM nel Dizionario RIAP - DM	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Confezionamento interno a garanzia sterilità - Apertura a "V" prima busta contenente il prodotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=15		
Prezzo	Economico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 2 - Impianto di revisione - Servizi di assistenza tecnica specialistica

Quantità: **320**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Figura professionale richiesta per fornire supporto tecnico durante l'intervento chirurgico al fine di ottimizzare l'impianto della protesi e l'utilizzo dello strumentario dedicato.		
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Giorno		
Numero di interventi (stimati/anno)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=80		
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			

Lotto 2 - Impianto di revisione - Strumentari chirurgici

Quantità: **4**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
----------------	------	----------------------------	----------------------	----------------	-------------	--------------------

Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Strumenti e utensili indispensabile (kit) per compiere le diverse fasi dell'atto chirurgico.		
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Intervento		
Condizioni di fornitura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	La consegna dello strumentario per ciascuna struttura sanitaria sarà ad evento, se il numero di interventi chirurgici è ≤50, altrimenti la consegna sarà in conto deposito.		
Prezzo [€] per intervento fino a 50 interventi chirurgici	Economico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		

Lotto 2 - Impianto di revisione - Stelo femorale modulare

Quantità: **320**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Stelo femorale modulare - Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile, sterile, utilizzato per la sostituzione della componente femorale dell'articolazione coxo-femorale che si compone tre moduli realizzati in materiale metallico: prossimale, centrale e distale.		
Modulo prossimale - Connessione con il collo	Tecnico	Si	Lista di scelte	Modulare		
Modulo prossimale - Fissazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Non Cementata		
Modulo prossimale - Geometria	Tecnico	Si	Lista di scelte	Retto		
Modulo prossimale - Dimensione - Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=105		
Modulo prossimale -	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=75		

Dimensione - Lunghezza (min) [mm]						
Modulo prossimale - Dimensione - Taglia (max)	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=45		
Modulo prossimale - Dimensione - Taglia (min)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=40		
Modulo prossimale - Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=12		
Modulo prossimale - Materiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Metallo (Titanio)		
Modulo prossimale - Finitura superficiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Sabbiatura (Non Cementata)		
Modulo prossimale - Superficie di fissazione - Materiale di rivestimento	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Nessuno		
Modulo prossimale - Colletto	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO		
Modulo prossimale - Sostituzione del calcar femorale	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO		
Modulo prossimale - Cono morse - Forma	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Conica con base circolare		
Modulo prossimale - Cono morse - Lunghezza [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=28		
Modulo prossimale - Cono morse - Angolo [°]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=135		
Modulo prossimale - Codice CND	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	P090899		
Modulo prossimale - Identificativo di registrazione RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Modulo prossimale - Base d'asta [€]	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=1500		
Modulo prossimale - Prezzo [€]	Economico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		

Modulo centrale - Dimensione - Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Modulo centrale - Dimensione - Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Modulo centrale - Dimensione - Taglia (max)	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Modulo centrale - Dimensione - Taglia (min)	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Modulo centrale - Misure disponibili	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Modulo centrale - Dimensione - Diametro (max) [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Modulo centrale - Dimensione - Diametro (min) [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Modulo centrale - Materiale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Modulo centrale - Finitura superficiale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Modulo centrale - Superficie di fissazione - Materiale di rivestimento	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Modulo centrale - Codice CND	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	P090899		
Modulo centrale - Identificativo di registrazione RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Modulo centrale - Base d'asta [€]	Economico	Si	Nessuna regola			
Modulo centrale - Prezzo [€]	Economico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Modulo distale - Tipologia	Tecnico	Si	Lista di scelte	Solamente diafisario		
Modulo distale - Fissazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Non Cementata		
Modulo distale - Dimensione - Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=290		
Modulo distale - Dimensione -	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=140		

Lunghezza (min) [mm]						
Modulo distale - Dimensione - Taglia (max)	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=31		
Modulo distale - Dimensione - Taglia (min)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=14		
Modulo distale - Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=55		
Modulo distale - Dimensione - Diametro (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=31		
Modulo distale - Dimensione - Diametro (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=14		
Modulo distale - Materiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Metallo (Titanio)		
Modulo distale - Finitura superficiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Sabbiatura (Non cementata)		
Modulo distale - Superficie di fissazione - Materiale di rivestimento	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Nessuno		
Modulo distale - Cono morse - Forma	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Conica con base circolare		
Modulo distale - Cono morse - Tipo	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	12/14		
Modulo distale - Design	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Retto		
Modulo distale - Codice CND	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	P090899		
Modulo distale - Identificativo di registrazione RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Modulo distale - Base d'asta [€]	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=1500		
Modulo distale - Prezzo [€]	Economico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Prezzo	Economico	No	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	No	Valore unico ammesso	Pezzo		

LOTTO 3 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	3
Denominazione	Impianto primario parziale - Protesi di anca

CIG	8424460451
Categoria/e di ammissione	Protesi di anca
N° articoli	3
Totale base d'asta	1.600.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 3 - Impianto primario parziale - Protesi di anca

Quantità: **800**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Tipo contratto	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Acquisto		
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile sterile, costituito da uno stelo femorale protesico che si		

				articola attraverso una testa protesica con la cavita' cotiloidea naturale del paziente e consente di ripristinare il movimento articolare		
Stelo - Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile, sterile, utilizzato per la sostituzione della componente femorale dell'articolazione coxo-femorale		
Stelo - Tipologia	Tecnico	Si	Lista di scelte	Stelo femorale con collo fisso		
Stelo - Fissazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Cementata Non cementata		
Stelo - Geometria	Tecnico	Si	Lista di scelte	Retto		
Stelo - Dimensione - Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=190		
Stelo - Dimensione - Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=110		
Stelo - Dimensione - Taglia (max)	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=20		
Stelo - Dimensione - Taglia (min)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=6		
Stelo - Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=12		
Stelo - Materiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Metallo (CoCr/Titanio)		
Stelo - Colletto	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO		
Stelo - Cono morse - Forma	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Conica con base circolare		
Stelo - Cono morse - Tipo	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	12/14		
Stelo femorale con collo fisso - Base d'asta [€]	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=1500		
Testa femorale - Tipologia	Tecnico	Si	Lista di scelte	Testa		
Cupole biarticolari - Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivi impiantabili, sterili, utilizzati per la		

				sostituzione della componente cefalica dell'articolazione coxo-femorale. Tipicamente utilizzati negli interventi parziali, presentano due superfici articolari, una di diametro maggiore, destinata ad inserirsi nella cavita' acetabolare naturale, l'altra, di diametro inferiore, destinata ad accogliere la testa protesica femorale		
Cupole biarticolari - Dimensione - Diametro esterno (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=65		
Cupole biarticolari - Dimensione - Diametro esterno (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=39		
Cupole biarticolari - Dimensione - Diametro esterno - Passo [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=1		
Cupole biarticolari - Diametri esterni disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=26		
Cupole biarticolari - Dimensione - Diametro interno (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=28		
Cupole biarticolari - Dimensione - Diametro interno (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=28		
Cupole biarticolari - Diametri interni disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=1		
Cupole biarticolari - Materiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Metallo (CoCr)		
Cupole biarticolari - Base d'asta [€]	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=250		
Testa - Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile, sterile, utilizzato per la sostituzione della componente cefalica dell'articolazione coxo-femorale		
Testa - Dimensione - Diametro esterno	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=28		

(max) [mm]						
Testa - Dimensione - Diametro esterno (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 28		
Testa - Dimensione - Diametro esterno - Passo [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 3		
Testa - Diametri esterni disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 1		
Testa - Materiale	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Metallo (CoCr)		
Testa - Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard - Taglie (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 4		
Testa - Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard - Massima variazione negativa (-) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 3		
Testa - Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard - Massima variazione positiva (+) [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	≤ 7		
Testa - Gonnellino	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI NO		
Testa - Adattatore	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO		
Testa - Cono morse - Forma	Tecnico	Si	Lista di scelte	Conica con base circolare		
Testa - Cono morse - Tipo	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	12/14		
Testa - Codice CND	Tecnico	Si	Lista di scelte	P090804050201		
Testa - Identificativo di registrazione RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Testa - Base d'asta [€]	Economico	Si	Valore massimo ammesso	≤ 250		
Testa - Prezzo [€]	Economico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 0		
Presenza del codice a barre sull'etichetta del DM	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Presenza del DM	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		

nel Dizionario RIAP - DM						
Confezionamento interno a garanzia sterilità - Apertura a "V" prima busta contenente il prodotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=20		
Prezzo	Economico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

Lotto 3 - Impianto primario parziale - Servizi di assistenza tecnica specialistica

Quantità: 800

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Figura professionale richiesta per fornire supporto tecnico durante l'intervento chirurgico al fine di ottimizzare l'impianto della protesi e l'utilizzo dello strumentario dedicato.		
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Giorno		
Numero di interventi (stimati/anno)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=200		
Prezzo	Economico	Si	Nessuna regola			

Lotto 3 - Impianto primario parziale - Strumentari chirurgici

Quantità: 4

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Strumenti e utensili indispensabile (kit) per compiere le diverse fasi dell'atto chirurgico.		
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Intervento		

Condizioni di fornitura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	La consegna dello strumentario per ciascuna struttura sanitaria sara' ad evento, se il numero di interventi chirurgici e' ≤50, altrimenti la consegna sara' in conto deposito.		
Prezzo [€] per intervento fino a 50 interventi chirurgici	Economico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		

LOTTO 4 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	4
Denominazione	Placche omero prossimale
CIG	84244636CA
Categoria/e di ammissione	Sistemi di osteosintesi
N° articoli	1
Totale base d'asta	520.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 4 - Placche omero prossimale

Quantità: **400**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile utilizzato per stabilizzare in maniera assoluta la frattura del terzo prossimale di omero.		
Nome commerciale della Placca omero prossimale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio Titanio		
Forma	Tecnico	Si	Lista di scelte	Anatomica		
Stabilità angolare	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		

Compressione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Statica		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	$\geq 3,5$		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	$\geq 3,5$		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio - Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Diametri disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 1		
Profilo ridotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Fori per sutura tendinea	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 8		
Compatibilità con risonanza magnetica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Latex free	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Nichel free	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Sterile	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Metodo di sterilizzazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Irradiazione		
Codice CND	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Identificativo di registrazione BD-RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		
Prezzo	Economico	Si	Valore massimo ammesso	≤ 1300		

LOTTO 5 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	5
Denominazione	Chiodi omero prossimale
CIG	8424471D62
Categoria/e di ammissione	Sistemi di osteosintesi
N° articoli	1
Totale base d'asta	600.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 5 - Chiodi omero prossimale

Quantità: **400**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile utilizzato per stabilizzare in		

				maniera assoluta la frattura del terzo prossimale di omero.		
Nome commerciale del Chiodo omero prossimale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio Titanio		
Forma	Tecnico	Si	Lista di scelte	Anatomico Retto		
Stabilità angolare	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Compressione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Statica		
Funzione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sostegno		
Dimensione - Diametro chiodo sezione cefalica/prossimale (max) [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Dimensione - Diametro chiodo sezione cefalica/prossimale (min) [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Dimensione - Diametro sezione cefalica/prossimale Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Chiodo sezione cefalica/prossimale - Diametri disponibili (totale)	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Dimensione - Diametro chiodo sezione diafisaria (max) [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Dimensione - Diametro chiodo sezione diafisaria (min) [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Dimensione - Diametro sezione diafisaria - Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Chiodo sezione diafisaria - Diametri disponibili (totali)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=1		
Dimensione - Diametro chiodo sezione distale (max) [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			

Dimensione - Diametro chiodo sezione distale (min) [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Dimensione - Diametro sezione distale Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Chiodo sezione distale - Diametri disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=1		
Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=1		
Linea chiodo	Tecnico	Si	Lista di scelte	Anatomica Retta		
Viti prossimali Multidirezionali	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Presenza di vite ascendente per calcar	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO		
Presenza di vite per compressione corticale prossimale	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=3,5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=3,5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio - Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Diametri disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=1		
Fori per sutura tendinea	Tecnico	Si	Lista di scelte	No Si		
Tipo sedi per viti cefaliche/prossimali	Tecnico	Si	Lista di scelte	Non disponibile		
Tipo sedi per viti diafisarie	Tecnico	Si	Lista di scelte	Non disponibile		
Tipo sedi per viti distali	Tecnico	Si	Lista di scelte	Non disponibile		
Bloccaggio distale	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		

guidato						
Lunghezza tappo prossimale (min) [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Lunghezza tappo prossimale (max) [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Compatibilità con risonanza magnetica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Latex free	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Nichel free	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Sterile	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Metodo di sterilizzazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Irradiazione		
Codice CND	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Identificativo di registrazione BD-RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		
Prezzo	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=1500		

LOTTO 6 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	6
Denominazione	Placche omero intermedio
CIG	84244750B3
Categoria/e di ammissione	Sistemi di osteosintesi
N° articoli	1
Totale base d'asta	520.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 6 - Placche omero intermedio

Quantità: **400**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
----------------	------	----------------------------	----------------------	----------------	-------------	--------------------

Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile utilizzato per stabilizzare in maniera assoluta la frattura del terzo medio di omero.		
Nome commerciale della Placca omero intermedio	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio Titanio		
Forma	Tecnico	Si	Lista di scelte	Anatomica Retta		
Stabilità angolare	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Compressione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Statica		
Funzione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Sostegno		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=3,5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio - Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Diametri disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=2		
Profilo ridotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=2		
Compatibilità con risonanza magnetica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Latex free	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Nichel free	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		

Sterile	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Metodo di sterilizzazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Irradiazione		
Codice CND	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Identificativo di registrazione BD-RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		
Prezzo	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=1300		

LOTTO 7 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	7
Denominazione	Placche omero distale
CIG	842448374B
Categoria/e di ammissione	Sistemi di osteosintesi
N° articoli	1
Totale base d'asta	520.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 7 - Placche omero distale

Quantità: **400**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile utilizzato per stabilizzare in maniera assoluta la frattura del terzo distale di omero.		
Nome commerciale della Placca omero distale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio Titanio		
Composizione impianto	Tecnico	Si	Lista di scelte	Colonna mediale colonna laterale blocco articolare		

Stabilità angolare	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Compressione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Statica		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	$\geq 3,5$		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	$\geq 2,5$		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio - Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Diametri disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 2		
Profilo ridotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Bloccaggio ad angolo variabile	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 0		
Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 8		
Compatibilità con risonanza magnetica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Latex free	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Nichel free	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Sterile	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Metodo di sterilizzazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Irradiazione		
Codice CND	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Identificativo di registrazione BD-RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		
Prezzo	Economico	Si	Valore massimo ammesso	≤ 1300		

LOTTO 8 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	8
Denominazione	Placche avambraccio prossimale
CIG	84244972DA
Categoria/e di ammissione	Sistemi di osteosintesi
N° articoli	1
Totale base d'asta	520.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 8 - Placche avambraccio prossimaleQuantità: **400**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione	Tecnico	Si	Valore unico	Dispositivo		

tecnica			ammesso	impiantabile utilizzato per stabilizzare in maniera assoluta la frattura del terzo prossimale di avambraccio.		
Nome commerciale della Placca avambraccio prossimale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio Titanio		
Forma	Tecnico	Si	Lista di scelte	Anatomiche		
Stabilità angolare	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Compressione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Statica		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	$\geq 3,5$		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	$\geq 2,5$		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio - Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Diametri disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 2		
Profilo ridotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Bloccaggio ad angolo variabile	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 90		
Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 105		
Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 2		
Compatibilità con risonanza magnetica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Latex free	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Nichel free	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		

Sterile	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Metodo di sterilizzazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Irradiazione		
Codice CND	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Identificativo di registrazione BD-RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		
Prezzo	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=1300		

LOTTO 9 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	9
Denominazione	Placche avambraccio intermedio
CIG	8424501626
Categoria/e di ammissione	Sistemi di osteosintesi
N° articoli	1
Totale base d'asta	400.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 9 - Placche avambraccio intermedio

Quantità: **400**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile utilizzato per stabilizzare in maniera assoluta la frattura del terzo intermedio di avambraccio.		
Nome commerciale della Placca avambraccio intermedio	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio Titanio		

Forma	Tecnico	Si	Lista di scelte	Rette		
Stabilità angolare	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Compressione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Statica		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	$\geq 3,5$		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	$\geq 3,5$		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio - Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Diametri disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 1		
Profilo ridotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Bloccaggio ad angolo variabile	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 79		
Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 145		
Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 3		
Compatibilità con risonanza magnetica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Latex free	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Nichel free	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Sterile	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Metodo di sterilizzazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Irradiazione		
Codice CND	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Identificativo di registrazione BD-RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico	Pezzo		

			ammesso			
Prezzo	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=1000		

LOTTO 10 - DATI DI LOTTO	
N° Lotto	10
Denominazione	Placche avambraccio distale
CIG	8424512F37
Categoria/e di ammissione	Sistemi di osteosintesi
N° articoli	1
Totale base d'asta	600.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 10 - Placche avambraccio distale

Quantità: **400**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile utilizzato per stabilizzare in maniera assoluta la frattura del terzo distale di avambraccio.		
Nome commerciale della Placca avambraccio distale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio Titanio		
Forma	Tecnico	Si	Lista di scelte	Anatomiche		
Stabilità angolare	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Compressione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Statica		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=2,7		
Dimensione -	Tecnico	Si	Valore minimo	>=2,5		

Diametro viti di bloccaggio (min) [mm]			ammesso			
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio - Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Diametri disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=2		
Profilo ridotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Bloccaggio ad angolo variabile	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=31		
Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=86		
Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=13		
Compatibilità con risonanza magnetica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Latex free	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Nichel free	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Sterile	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Metodo di sterilizzazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Irradiazione		
Codice CND	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Identificativo di registrazione BD-RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		
Prezzo	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=1500		

LOTTO 11 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	11
Denominazione	Placche femore prossimale
CIG	842451735B
Categoria/e di ammissione	Sistemi di osteosintesi
N° articoli	1
Totale base d'asta	800.000,00

Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 11 - Placche femore prossimale

Quantità: **400**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile utilizzato per stabilizzare in maniera assoluta la frattura del terzo prossimale di femore.		
Nome commerciale della Placca femore prossimale	Tecnico	Si	Nessuna regola			

Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio Titanio		
Forma	Tecnico	Si	Lista di scelte	Ad angolo fisso		
Stabilità angolare	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Compressione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Statica		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=7		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=3,5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio - Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Diametri disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=3		
Profilo ridotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Viti ad angolo variabile	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Vite cefalica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Lama placca	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Angolo CCD [°]	Tecnico	Si	Lista di scelte	130		
Cerchiaggi	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=60		
Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=300		
Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=9		
Compatibilità con risonanza magnetica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Latex free	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Nichel free	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		

Sterile	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Metodo di sterilizzazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Irradiazione		
Codice CND	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Identificativo di registrazione BD-RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		
Prezzo	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=2000		

LOTTO 12 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	12
Denominazione	Placche femore intermedio
CIG	842452277A
Categoria/e di ammissione	Sistemi di osteosintesi
N° articoli	1
Totale base d'asta	400.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 12 - Placche femore intermedio

Quantità: **400**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile utilizzato per stabilizzare in maniera assoluta la frattura del terzo intermedio di femore.		
Nome commerciale della Placca femore intermedio	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio Titanio		
Forma	Tecnico	Si	Lista di scelte	Retta		

Stabilità angolare	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Compressione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Statica		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio - Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Diametri disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=1		
Profilo ridotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Viti ad angolo variabile	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=3		
Compatibilità con risonanza magnetica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Latex free	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Nichel free	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Sterile	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Metodo di sterilizzazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Irradiazione		
Codice CND	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Identificativo di registrazione BD-RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		
Prezzo	Economico	Si	Valore massimo	<=1000		

			ammesso			
--	--	--	---------	--	--	--

LOTTO 13 - DATI DI LOTTO	
N° Lotto	13
Denominazione	Placche femore distale
CIG	8424524920
Categoria/e di ammissione	Sistemi di osteosintesi
N° articoli	1
Totale base d'asta	720.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 13 - Placche femore distale

Quantità: 400

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile utilizzato per stabilizzare in maniera assoluta la frattura del terzo distale di femore.		
Nome commerciale della Placca femore distale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio Titanio		
Forma	Tecnico	Si	Lista di scelte	Anatomiche		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio - Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Diametri disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=1		

Profilo ridotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Viti ad angolo variabile	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Cerchiaggi	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=139		
Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=327		
Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=4		
Compatibilità con risonanza magnetica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Latex free	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Nichel free	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Sterile	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Metodo di sterilizzazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Irradiazione		
Codice CND	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Identificativo di registrazione BD-RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		
Prezzo	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=1800		

LOTTO 14 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	14
Denominazione	Placche tibia prossimale
CIG	8424526AC6
Categoria/e di ammissione	Sistemi di osteosintesi
N° articoli	1
Totale base d'asta	720.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 14 - Placche tibia prossimaleQuantità: **400**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile utilizzato per stabilizzare in maniera assoluta la frattura del terzo prossimale di tibia.		
Nome commerciale della Placca tibia prossimale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio Titanio	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 Acciaio 0,00 Titanio
Forma	Tecnico	Si	Lista di scelte	Anatomica	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 Anatomica
Stabilità angolare	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 Si
Compressione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Statica	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 Statica
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=3,5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio - Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Diametri disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=3		
Profilo ridotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 Si
Viti ad angolo variabile	Tecnico	Si	Lista di scelte	No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 No
Tipi di placca	Tecnico	Si	Lista di scelte	Mediale Laterale	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 Mediale 0,00 Laterale
Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=83		
Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=263		

Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=9		
Compatibilità con risonanza magnetica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 Si
Latex free	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 Si
Nichel free	Tecnico	Si	Lista di scelte	No	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 No
Sterile	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 Si
Metodo di sterilizzazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Irradiazione	Elenco scelte (a punteggio assoluto)	0,00 Irradiazione
Codice CND	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Identificativo di registrazione BD-RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		
Prezzo	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=1800		

LOTTO 15 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	15
Denominazione	Placche tibia intermedia
CIG	8424530E12
Categoria/e di ammissione	Sistemi di osteosintesi
N° articoli	1
Totale base d'asta	400.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 15 - Placche tibia intermedia

Quantità: 400

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile utilizzato per stabilizzare in maniera assoluta la frattura del terzo		

				medio di tibia.		
Nome commerciale della Placca tibia intermedia	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio Titanio		
Forma	Tecnico	Si	Lista di scelte	Retta		
Stabilità angolare	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Compressione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Statica		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio - Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Diametri disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=1		
Profilo ridotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Viti ad angolo variabile	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=122		
Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=249		
Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=4		
Compatibilità con risonanza magnetica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Latex free	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Nichel free	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Sterile	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Metodo di sterilizzazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Irradiazione		

Codice CND	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Identificativo di registrazione BD-RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		
Prezzo	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=1000		

LOTTO 16 - DATI DI LOTTO	
N° Lotto	16
Denominazione	Placche tibia distale
CIG	8424535236
Categoria/e di ammissione	Sistemi di osteosintesi
N° articoli	1
Totale base d'asta	1.440.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 16 - Placche tibia distale

Quantità: **800**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile utilizzato per stabilizzare in maniera assoluta la frattura del terzo distale di tibia.		
Nome commerciale della Placca tibia distale	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio Titanio		
Composizione impianto	Tecnico	Si	Lista di scelte	Colonna mediale colonna laterale blocco articolare		
Stabilità angolare	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Compressione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Statica Dinamica		

Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=4,5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=2,5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio - Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Diametri disponibili (totale)	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=6		
Profilo ridotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Bloccaggio ad angolo variabile	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore massimo ammesso	<=80		
Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=250		
Misure disponibili	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=17		
Compatibilità con risonanza magnetica	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Latex free	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Nichel free	Tecnico	Si	Lista di scelte	No		
Sterile	Tecnico	Si	Lista di scelte	Si		
Metodo di sterilizzazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Irradiazione		
Codice CND	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Identificativo di registrazione BD-RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		
Prezzo	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=1800		

LOTTO 17 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	17
Denominazione	Osteosintesi corticale - Placca clavicola

CIG	8424539582
Categoria/e di ammissione	Sistemi di osteosintesi
N° articoli	1
Totale base d'asta	400.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 17 - Osteosintesi corticale - Placca clavicola

Quantità: **400**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile, sterile o non sterile, utilizzato per stabilizzare in maniera assoluta la frattura della		

				clavicola		
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio Titanio		
Forma	Tecnico	Si	Lista di scelte	Curva Retta		
Stabilità angolare	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Compressione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Statica		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=3,5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=2,5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio - Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Diametri disponibili [numero totale]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=2		
Profilo ridotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Presenza di placca a gancio per clavicola distale	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Misure disponibili [numero]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=5		
Compatibilità con risonanza magnetica	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Latex free	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Nichel free	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO		
Sterile	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Metodo di sterilizzazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Irradiazione		
Codice CND	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	P091205		
Identificativo di	Tecnico	Si	Nessuna regola			

registrazione RDM						
Base d'asta [€]	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=1000		
Prezzo	Economico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

LOTTO 18 - DATI DI LOTTO	
N° Lotto	18
Denominazione	Osteosintesi corticale - Placca mano
CIG	84245427FB
Categoria/e di ammissione	Sistemi di osteosintesi
N° articoli	1
Totale base d'asta	400.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 18 - Osteosintesi corticale - Placca mano

Quantità: **400**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile, sterile o non sterile, utilizzato per stabilizzare in maniera assoluta la frattura delle ossa della mano		
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Titanio		
Forma	Tecnico	Si	Lista di scelte	Anatomica Retta		
Stabilità angolare	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Compressione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Statica		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=2,3		

Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=1,3		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio - Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Diametri disponibili [numero totale]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=6		
Profilo ridotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Misure disponibili [numero]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=59		
Tipologia di placca	Tecnico	Si	Lista di scelte	Retta A "T" A "Y" A Griglia		
Compatibilità con risonanza magnetica	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Latex free	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Nichel free	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Sterile	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO		
Metodo di sterilizzazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Vapore		
Codice CND	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	P091205		
Identificativo di registrazione RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Base d'asta [€]	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=1000		
Prezzo	Economico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

LOTTO 19 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	19
Denominazione	Osteosintesi corticale - Placca piede

CIG	8424545A74
Categoria/e di ammissione	Sistemi di osteosintesi
N° articoli	1
Totale base d'asta	400.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 19 - Osteosintesi corticale - Placca piede

Quantità: **400**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile, sterile o non sterile, utilizzato per stabilizzare in maniera assoluta la frattura delle ossa		

				del piede.		
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Titanio		
Forma	Tecnico	Si	Lista di scelte	Anatomica Retta		
Stabilità angolare	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Compressione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Statica		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=3,5		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=2,8		
Dimensione - Diametro viti di bloccaggio - Passo [mm]	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Diametri disponibili [numero totale]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=2		
Profilo ridotto	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Lunghezza (min) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Lunghezza (max) [mm]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Misure disponibili [numero]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=1		
Tipologia di placca	Tecnico	Si	Lista di scelte	Retta A "T" A Griglia		
Compatibilità con risonanza magnetica	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Latex free	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Nichel free	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Sterile	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO		
Metodo di sterilizzazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Vapore		
Codice CND	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	P091205		
Identificativo di	Tecnico	Si	Nessuna regola			

registrazione RDM						
Base d'asta [€]	Economico	Si	Valore minimo ammesso	>=1000		
Prezzo	Economico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		

LOTTO 20 - DATI DI LOTTO	
N° Lotto	20
Denominazione	Viti cannulate
CIG	8424548CED
Categoria/e di ammissione	Sistemi di osteosintesi
N° articoli	1
Totale base d'asta	300.000,00
Punteggio tecnico massimo	80,00
Punteggio tecnico massimo Commissione	80,00
Punteggio economico massimo	20,00
Punteggio economico massimo Commissione	20,00
Formula di calcolo del punteggio economico	Nessuna

Lotto 20 - Viti cannulate

Quantità: **1000**

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Descrizione tecnica	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Dispositivo impiantabile, sterile o non sterile, utilizzato per l'osteosintesi in traumatologia.		
Materiale	Tecnico	Si	Lista di scelte	Acciaio Titanio		
Dimensione frammenti	Tecnico	Si	Lista di scelte	Piccoli Mini		
Diametro [mm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	2,5		
Lunghezza [mm]	Tecnico	Si	Lista di scelte	14 16 18 20 24 26 28 30 32 34		

				36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 65 70 75 80 85 90 95 100		
Tipo	Tecnico	Si	Lista di scelte	Cannulata		
Riassorbibili	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO		
Filettatura	Tecnico	Si	Lista di scelte	Parziale Totale		
Autofilettante	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Testa	Tecnico	Si	Lista di scelte	Low profile		
Rondelle	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Compatibilità con risonanza magnetica	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Latex free	Tecnico	Si	Lista di scelte	SI		
Nichel free	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO		
Sterile	Tecnico	Si	Lista di scelte	NO SI		
Metodo di sterilizzazione	Tecnico	Si	Lista di scelte	Irradiazione Vapore		
Codice CND	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	P09120603		
Identificativo di registrazione RDM	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Base d'asta [€]	Economico	Si	Valore massimo ammesso	<=300		

Prezzo	Economico	Si	Valore minimo ammesso	≥ 0		
Unità di misura	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	Pezzo		